

ANVÄNDARINSTRUKTION



BÅRTRANSPORTUNDERREDE

Gäller följande modell:
030-2030

OBS!

Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen
noggrant INNAN produkten tas i bruk,
för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Garanti

Viktig information

1. Funktionsbeskrivning

1.1 Allmän beskrivning

2. Handhavande

2.1 Höjning/sänkning

2.2 Hjulens funktion

2.3 Reglering av överdel

3. Underhåll och rengöring

3.1 Rutinkontroller

3.2 Rengöring

3.3 Smörjschema

4. Teknisk specifikation

4.1 Måttuppgifter

4.2 Etiketter på produkten

5. Försäkran om överensstämmelse

6. Kontaktuppgifter

FÖRORD

Välkommen som ägare av ett Bårtransportunderrede tillverkat av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi hoppas att Ni skall bli nöjd och tillfredsställd med vår kvalitetsprodukt.

Om ett problem skulle uppstå med någon av våra produkter är Ni alltid välkomna att kontakta oss, så kommer vår serviceavdelning att assistera Er med den expertis som behövs för att lösa problemet.

Användarinstruktionen som Ni håller i Er hand innehåller all information som behövs för att använda, underhålla och utföra service på produkten. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att produkterna modifieras. Vi reserverar oss därför mot eventuella ändringar i användarinstruktionen.

GARANTI

Sjöbloms utfärdar 2 års garanti för material-, konstruktions- och fabriktionsfel, förutsatt att produkterna inte utsatts för yttre åverkan eller onormalt slitage. För att garantin ska gälla måste produkten ha använts i enlighet med användarinstruktionen, samt att service utförts enligt specifikationen.

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt är avsedd för professionellt medicinskt bruk. Användarinstruktionen måste läsas igenom noggrant innan produkten tas i bruk, för att undvika onödiga risker för patient och operatör.

Användarinstruktionen innehåller varningar där risk föreligger för personskada, som måste uppmärksammas. Felaktigt handhavande kan medföra livsfara.

En varningstriangel visas där särskilt viktig information återfinns.



Varningstriangel

1. FUNKTIONSBESKRIVNING

Detta Bårtransportunderrede är avsett för professionellt bruk inom vården, för transport av patient på bår.

Den är designad för att vara ett funktionellt och användarvänligt arbetsredskap för operatören och patienten.

Notera att produkten endast får användas av kompetent vårdpersonal som läst igenom användarinstruktionen, för ett rätt handhavande.

Allmän beskrivning

Bårtransportunderrede med hydraulisk höjdjustering. Förkromat chassi av helsvetsade stålrör.


Lättrullande centrallåsta 150 mm hjul med ett riktningsspärrat hjul.

2. HANDHAVANDE

2.1 Höjning/sänkning


Höjning av Bärtransportunderrede

Pumpa med foten på den långa delen av fotpedalen tills önskad höjd uppnåts.



Sänkning av Bärtransportunderrede

Tryck ned foten på den korta delen av fotpedalen. Håll kvar där och britsen sjunker.




Varning!

Se till att inga obehöriga befinner sig inom patientvagnens arbetsområde, då klämrisk föreligger vid höjning och sänkning.


2.2 Hjulens funktion

Patientvagnen är utrustad med centrallåsta hjul inklusive så kallad riktningspärr, en funktion som gör att man enkelt kan styra produkten rakt i exempelvis långa korridorer.


Fria hjul



Riktningspärrade hjul



Bromsade hjul



2.3 Reglering av överdel



Överdelen är reglerbar i sidled mellan 102 och 127 cm.

Frigör innerröret genom att lätta på vreden (1). Om innerröret skulle ha fastnat, vilket kan ske när metall vilar mot metall, kan du slå lätt med handen på tvärstaget (se pil). När innerröret nått sin maximala längd låses röret med en sprint (2).



Dra sprinten nedåt och tryck samtidigt in överdelen.
Lås vreden (1) när du uppnått önskad längd.

3. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

3.1 Rutinkontroller

Rutinkontroller bör göras för att säkerställa fullgod funktion.



Viktigt!

Underlåtelse av följande rutinkontroll kan medföra att patienten och/eller operatören utsätts för onödiga risker samt att produkten kan få minskad livslängd. Kontrollera därför alla funktioner och delar på regelbunden basis.

Kontrollera följande:


- Eventuella missljud.
- Hydraulpumpens funktion
- Hjulens och hjullåsmekanismens funktion.
- Att leder och infästningar smörjs enligt smörjschema.

3.2 Rengöring

Kan desinficeras.

3.3 Smörjschema

Smörjning enligt schema bör utföras var 6:e månad eller vid behov.



1. Lås först hjulen.
 2. Ta någon till hjälp och tippa underredet på sidan, för att kunna smörja de rörliga lederna.
- Sprayburken på bilderna ovan indikerar var man ska smörja. Använd helst **"Smörjolja för Sjöbloms/Tarsus medicinska möbler"** eller likvärdig för bästa resultat, art nr 5557001.

4. TEKNISK SPECIFIKATION

4.1 Måttuppgifter

Längd: 150 cm (213 inkl avvisarhjulen)


Bredd: 65 cm

Höjd: 58-94 cm

Vikt: ca 40 kg

Max belastning: 200 kg


4.5 Etiketter på produkten




CE-etiketten innehåller datum, ordernummer, serienummer och våra kontaktuppgifter.



Maxbelastning 200 kg.



Visar reglering av ryggstödet.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.



Visar reglering av chockläget.
Det sitter en etikett på varje sida av britsen.

5. EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

enligt MDD 2007/42/EG inklusive tillägg
och enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC

Typ av utrustning: Bårtransportunderrede, hydrauliskt

Fabrikat: Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Varumärke: Sjöbloms

Modell: 030-2030 Produktreg.nr: 13814

I annex återfinns dokument som tillämpats för verifiering av överensstämmelse.

Tillverkare

Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Myrängsvägen 8

S-891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Ytterligare information Direktivet för Medicintekniska Produkter

Produkten överensstämmer med de harmoniserade standarder, andra standarder och tekniska specifikationer angivna i annex.

Sjöbloms arbetar i enlighet med SS-EN ISO 9001:2000 och är andrapartscertifierade mot denna standard, vilket säkerställer överensstämmelse mellan tillverkad produkt och den tekniska dokumentationen.

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten följer bestämmelserna i de Direktiv som anges ovan.

Örnsköldsvik 2011-06-22



Karl-Gunnar Sjöblom

Produktionschef

Annex till**FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

Standarder	Datum	Notering
SS-EN 60601-1 C1	2010-05-06	
SS-EN 60601-1-2 C1	2010-05-06	

Följande företagsstandarder eller andra tekniska specifikationer har tillämpats:

Standarder	Datum	Notering
LVFS 2009:18	2009-10-08	Tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter

6. KONTAKTUPPGIFTER

Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB
Myrängsvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Sweden

Tel: 0660 105 80

Fax: 0660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Hemsida: www.sjobloms.com